

**Previerka národného etalónu – hodnotiaci list NE xxxx**
**Národný etalón:**

Elektrolytickej konduktivity

**Hodnotil:**

J. Garaj

|   |   | Vyhovuje (áno/nie) |
|---|---|--------------------|
| 1 | <b>Technický stav etalónu</b><br>Slovné hodnotenie:<br>Je funkčný a v dobrom stave  | Áno                |
| 2 | <b>Podmienky uchovávanía a používania etalónu</b><br>Slovné hodnotenie:<br>NE sa udržiava v klimatizovanom laboratóriu. Podmienky vyhovujú  | Áno                |
| 3 | <b>Kvalifikácia personálu uchovávajúceho etalón</b><br>Slovné hodnotenie:<br>Ing. Vyhovčíl je kvalifikovaný. zodpovedá na NE od r. 1984   | Áno                |
| 4 | <b>Zabezpečenie prenosu reprodukováných hodnôt na ostatné etalóny</b><br>Slovné hodnotenie:<br>Prenos je funkčný. Udržiava sa cez CRM   | Áno                |
| 5 | <b>Zachovanie metrologických parametrov NE na požadovanej úrovni</b><br>Slovné hodnotenie:<br>Parametre sú zabezpečené podľa pravidiel metrol. ústavu a účasťou v MP. Výsledky porovnávajú s metrologickými | Áno                |
| 6 | <b>Preskúmanie dokumentácie k NE</b><br>Slovné hodnotenie:<br>Bez nedostatkov   | Áno                |
|   | <b>Celkové zhrnutie:</b><br>Stav etalónu je dobrý. Dokladovanie výsledkov v MP sú vyvíjané.   | Áno                |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Návrh odporúčaní na ďalšiu činnosť:</b></p> <p>① Ponechať v kategórii: NE</p> <p>② Funkčnosť etalónu zaradiť od jednotného pracoviska. Preto ponížiť NE persónálne</p> |  |
|--|--|--|

**Výsledné odporúčanie:**

Odporúčam / neodporúčam predĺženie platnosti certifikátu národného etalónu.

25.2.  
Bratislava, xxxxxxxx 2011

  
Podpis hodnotiteľa