

## ZÁZNAM O MERANÍ

Kalibrácia meradla

Prístroj DIGITÁLNY VLTKOMER  
Typ ALMEMO 2690-8; SONDA FH AG46  
Výrobné číslo H0902.0059; SONDA: 07060463  
Výrobca AHLBORN  
Objednávateľ

Číslo požiadavky 424393  
Č.cert a kalib.zn. 349 /260/34/12  
Dátum merania 8.3.2012  
Rozsah meradla 5 AŽ 98%  
Rozlíšenie 0,1%

Metodika: PP 04/260/00

Použité zariadenie: Panametrics MIS1 Michell 4020RS EG&G model 300 komora VC4018

Podmienky merania

Teplota 23,96 °C  
Tlak 99,39 kPa  
Vlhkosť 15,8 %RH

v elektronickej forme súbor: 349\_2012\_fh.xls

č.m.		Namerané hodnoty										
1	etalón	DP (°C)	-17,95	-17,94	-17,95	-17,94	-17,95	-18,06	-17,94	-17,93	-17,92	-17,94
		T (°C)	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,6	24,6	24,6
		RH (%)										
	meradlo	DP (°C)										
		T (°C)										
		RH (%)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	etalón	DP (°C)	-13,03	-13,01	-12,95	-12,94	-13,02	-13,00	-13,01	-13,03	-12,98	-13,00
		T (°C)	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
		RH (%)										
	meradlo	DP (°C)										
		T (°C)										
		RH (%)	8,4	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,5	8,4	8,4
3	etalón	DP (°C)	1,44	1,42	1,56	1,47	1,49	1,46	1,51	1,46	1,51	1,49
		T (°C)	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
		RH (%)										
	meradlo	DP (°C)										
		T (°C)										
		RH (%)	24,0	23,9	24,1	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
4	etalón	DP (°C)	11,17	11,14	11,14	11,09	11,14	11,08	11,12	11,11	11,16	11,16
		T (°C)	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
		RH (%)										
	meradlo	DP (°C)										
		T (°C)										
		RH (%)	43,8	43,8	43,7	43,7	43,7	43,6	43,7	43,7	43,8	43,8
5	etalón	DP (°C)	21,44	21,46	21,28	21,25	21,46	21,35	21,35	21,27	21,25	21,44
		T (°C)	24,2	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
		RH (%)										
	meradlo	DP (°C)										
		T (°C)										
		RH (%)	82,7	83,0	82,5	82,3	83,0	82,7	82,5	82,3	82,3	83,0
Poznámka												

č.m.		Namerané hodnoty									
6	etalón	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
	meradlo	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
7	etalón	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
	meradlo	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
8	etalón	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
	meradlo	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
9	etalón	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
	meradlo	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
10	etalón	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
	meradlo	DP (°C)									
		T (°C)									
		RH (%)									
Poznámka											

Meral *CHAMRAZOVÁ, Chamrazová*  
 Skontroloval *VAJKOVA Valc*

Dôverné