

Záznam o kalibrácii konduktometra 1063/260/33/12

Objednávateľ:			
Kód úlohy:	425 260	Meradlo (typ):	MultiLine P4
Kód výkonu:	33	Výrobné číslo:	01040005
Dátum prijatia:	13-6 2012	Kalibr. Značka:	1063/260/33/12
Dátum merania:	Kalibrácia bola robená podľa p.p. č. 03/260/00 Verzia 3		

Tabuľka merania

Šarža CRM	Konduktivita CRM	Kalibrovaný prístroj	Poznámky		
	κ [S/m]	κ [S/m]			
KF30 0212	0,0101	0,01	tepl.koef.	1,47	%/K
KF29 0212	0,0200	0,02		1,46	%/K
KF28 0212	0,0500	0,05		1,45	%/K
KF27 0212	0,1001	0,1001		1,45	%/K
KF26 0212	0,2003	0,2		1,45	%/K
KF25 0212	0,5006	0,5		1,45	%/K
KF24 0212	1,0009	1,0		1,45	%/K
KF23 0212	2,0092	2,01		1,45	%/K

Kalibrácia teplotnej stupnice prístroja

Teplotný údaj etalónu [°C]	20,0°C	25,0°C	30,0°C
Údaj prístroja [°C]	20,2	25,2	30,2

Teplota [°C]	22,1	
Vlhkosť [%]	57	
Tlak [kPa]	99,5	
POZNÁMKY:		

Meral: *Mesterová*Kontroloval: *Vyskočil*

DÔVERNÉ !